

Santé publique Ottawa – Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections Cliniques Activecare Medical, 2017-09-29

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Cliniques Activecare Medical
1108, chemin Klondike
Kanata, Ontario K2K 0G1

2121, avenue Carling
Ottawa, Ontario K2A 1H2

Type d'établissement

Clinique de santé familiale

Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible en matière de PCI

2017-09-29

Date de publication du rapport préliminaire

2017-10-11

Date de la mise à jour du rapport préliminaire

2017-09-29

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

SPO enquêtait sur un manquement possible aux pratiques de prévention et de contrôle des infections (PCI) reliées à un appareil d'échographie mobile lorsque le personnel a observé des dérogations aux normes de PCI dans la clinique.

Brève description du manquement

- Il n'y a pas de politiques ou de procédures en matière de PCI.
- Il n'y a pas d'endroit attribué pour le retraitement des instruments.
- L'évier pour l'hygiène des mains est aussi utilisé comme poste de lavage des yeux et pour nettoyer les instruments médicaux aux fins de retraitement.
- L'équipement de protection individuelle (EPI) utilisé pendant le retraitement est inadéquat.

- Les instruments médicaux trempent pendant une période de temps inapproprié (2-3 jours) dans une solution enzymatique.
- Les brosses utilisées pour nettoyer les instruments sont inadéquates.
- L'efficacité du stérilisateur n'a jamais été vérifiée à l'aide d'indicateurs biologiques (analyse de spores).
- Il n'y a pas de registre de contrôle pour évaluer les données de chaque lot placé dans le stérilisateur.
- Aucun indicateur chimique interne n'est utilisé.
- Les ampoules de médicaments ne sont pas datées une fois ouvertes.
- Les spécimens et les échantillons sont gardés dans le réfrigérateur des médicaments.
- Les analyses d'urine se font sur le même comptoir que le retraitement des instruments, la collecte de sang et la préparation des médicaments.
- Le nettoyage de l'environnement est insuffisant.

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Veillez fournir plus de détails.

Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veillez fournir plus de détails.

Mesures correctives recommandées :

- Cessez d'utiliser des instruments médicaux réutilisables. N'utilisez que des instruments jetables et à usage unique pour toutes les procédures.
- Le personnel infirmier, les superviseurs et les propriétaires doivent revoir les modules de Santé publique Ontario portant sur les compétences de base en matière de PCI et le retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

2017- 09-29

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

2017-10-11 : L'enquête se poursuit et d'autres recommandations seront formulées.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Santé publique Ottawa
IPAC/PCI@ottawa.ca
613-580-6744, poste. 26325

Rapport final

Date de publication du rapport final :

2017-11-30

Date de la mise à jour du rapport final

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

2017-11-30

Brève description des mesures correctives qui ont été prises

Les pratiques exemplaires de PCI pour la pratique en cabinet sont maintenant suivies. L'utilisation des instruments médicaux réutilisables a recommencé le 27 octobre, 2017 au bureau situé à 1108, avenue Klondike et le 21 novembre, 2017 au bureau situé à 2121, avenue Carling avec approbation de SPO.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Santé publique Ottawa
IPAC/PCI@ottawa.ca
613-580-6744, poste. 26325