



Santé publique Ottawa Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections Laboratoire Bio-Test 2016/07/05

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête (nom et adresse)	Laboratoire Bio-Test 570, voie Lacolle Orléans (Ontario) K4A 0N9
Type d'établissement (clinique, établissement de services personnels, p. ex.)	Centre de prélèvement
Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible	05/07/2016
Date de publication du rapport préliminaire	
Date de la mise à jour du rapport préliminaire (le cas échéant)	
De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?	Plainte du public
Brève description du manquement	Manque d'hygiène des mains et non-utilisation de gants durant les prises de sang

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?	Non
Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?	Non
Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?	Oui
Veillez fournir plus de détails	Recommandations fournies : Le désinfectant pour les mains à base d'alcool doit se trouver au point d'intervention; le contenant doit être daté et étiqueté correctement et doit être éliminé lorsqu'il est vide;

<p>Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)</p>	<p>Utiliser du désinfectant pour les mains à base d'alcool et d'autres désinfectants qui portent un numéro d'identification du médicament (DIN) de Santé Canada;</p> <p>Les contenants pour objets pointus et tranchants doivent être fixés au mur au point d'intervention;</p> <p>Utiliser des gants pour la veinopuncture et se laver les mains avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool ou avec de l'eau et du savon avant de mettre les gants et après les avoir utilisés;</p> <p>Jeter les tourniquets après les avoir utilisés;</p> <p>Nettoyer et désinfecter les porte-tubes pour prélèvement sanguin à usages multiples conformément aux directives du fabricant;</p> <p>Jeter le contenant de désinfectant pour les mains à base d'alcool au point d'intervention et le remplacer par un nouveau.</p> <p>07/07/2016</p>
---	--

<h2>Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées</h2>	
<p>Commentaires supplémentaires (ne pas inclure de renseignements personnels, y compris sur la santé)</p>	

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Nom	Brenda MacLean
Titre	Gestionnaire de programme, Contrôle des maladies transmissibles et Gestion des éclosions
Adresse électronique	brenda.macleam@ottawa.ca
Numéro de téléphone	613-580-6744

Rapport final

Date de publication du rapport final	31/12/2016
Brève description des mesures correctives qui ont été prises	<p>Utilisation de désinfectant pour les mains à base d'alcool bien étiqueté et portant la date courante</p> <p>Utilisation de désinfectant pour les mains à base d'alcool et de produits de nettoyage et de désinfection qui portent un numéro d'identification du médicament (DIN)</p> <p>Les contenants pour objets pointus et tranchants sont fixés au mur au point d'intervention.</p> <p>Les gants sont correctement utilisés pour la veinopuncture.</p> <p>Les tourniquets sont éliminés après usage.</p> <p>On observe que l'environnement du client est nettoyé et désinfecté entre deux clients.</p>
Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises	29/07/2016

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires (ne pas inclure de renseignements personnels, y compris sur la santé)

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Nom	Brenda MacLean
Titre	Gestionnaire de programme, Contrôle des maladies transmissibles et Gestion des éclosions
Adresse électronique	brenda.maclean@ottawa.ca
Numéro de téléphone	613-580-6744