



Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections

Dentiste Elizabeth MacSween, 2017-11-21

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Dr Elizabeth MacSween
Cabinet professionnel de dentistes
2530, boul. St. Joseph, bureau 2
Orléans (Ontario)
K1C 1G1

Type d'établissement

Clinique dentaire

Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible en matière de PCI

2017-11-21

Date de publication du rapport préliminaire

2017-12- 11

Date de la mise à jour du rapport préliminaire

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

Pour donner suite à la plainte d'un citoyen à propos de la prévention et du contrôle des infections (PCI) dans cette clinique dentaire, SPO a inspecté les lieux et a déterminé qu'il y avait bien eu un manquement aux pratiques de PCI.

Brève description du manquement

- Aucune politique ni procédure écrite de PCI
- Instruments dentaires non emballés pour le retraitement conformément aux instructions du fabricant
- Réutilisation du matériel à usage unique
- Entreposage inapproprié de l'équipement dentaire critique
- Surveillance inadéquate de l'autoclave
- Produits utilisés pour l'hygiène des mains inappropriés pour les soins de santé
- Remplissage des contenants de savon

- Mauvaise transition dans la zone de retraitement entre les procédures avec l'équipement souillé et l'équipement propre
- Évier multifonctionnel dans la zone de retraitement
- Pas de désinfectant pour les mains à base d'alcool (DMBA) dans la zone de retraitement

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Veillez fournir plus de détails.

Le manquement aux pratiques de PCI concerne une dentiste et une hygiéniste dentaire

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

L'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario et l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario ont été avisés le 2017-11-27

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veillez fournir plus de détails.

Mesures correctives recommandées :

- Veiller à bien informer tous les employés assignés au retraitement sur les pratiques de PCI et à leur donner une formation adéquate dans le retraitement.
- Adopter un circuit de travail à sens unique pour toutes les étapes du retraitement, afin de prévenir les problèmes de contamination croisée.
- Surveiller et enregistrer les paramètres physiques de l'autoclave pour chaque chargement.
- Nettoyer et emballer les instruments réutilisables pour les stériliser conformément aux pratiques exemplaires actuelles.
- Jeter les appareils dentaires à usage unique utilisés.
- Ranger l'équipement dentaire semi-critique et critique conformément aux pratiques exemplaires actuelles.
- Ne pas remplir les contenants de savon.
- Prévoir un évier pour le retraitement.
- Fournir DMBA dans la salle de retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

2017-11-10 - On a demandé à la dentiste de stériliser de nouveau tous les articles qui n'ont pas été retraités conformément aux pratiques exemplaires actuelles et d'arrêter d'utiliser des appareils à usage unique, et elle a accepté de le faire.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Dominique Bremner, Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Téléphone : 613-580-6744, poste 26325

Rapport final

Date de publication du rapport final :

Une dernière visite à la clinique dentaire MacSween a eu lieu le 14 décembre, 2017. Les pratiques exemplaires de PCI pour la pratique en cabinet sont maintenant suivies. L'utilisation des instruments médicaux réutilisables a recommencé avec approbation de SPO

Date de la mise à jour du rapport final

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

Brève description des mesures correctives qui ont été prises

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Nom :

Titre :

Courriel :

Téléphone : 613-580-6744