



**Santé publique Ottawa - Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections
Clinique dentaire Island Park 2017-11-23**

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Clinique dentaire Island Park
Dr Saral Rai
1399, avenue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2X1

Type d'établissement

Clinique dentaire

Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible

2017-11-23

Date de publication du rapport préliminaire

2017-12-01

Date de mise à jour du rapport préliminaire

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

Pour donner suite à la plainte d'un citoyen à propos de la prévention et du contrôle des infections (PCI) dans cette clinique dentaire, SPO a inspecté et identifié un manquement aux pratiques de PCI.

Brève description du manquement

- Nettoyage du milieu insuffisant
- Retraitement insuffisant des appareils
- Instruments dentaires non emballés conformément aux instructions du fabricant
- Utilisation inappropriée de l'équipement de protection individuel (EPI)
- Manque de connaissances du personnel en ce qui concerne le retraitement de l'équipement médical
- Retraitement d'équipement médical à usage unique

- L'évier pour l'hygiène des mains est aussi utilisé pour nettoyer les instruments médicaux aux fins de retraitement
- Aucun poste de lavage des yeux

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Veillez fournir plus de détails

Collège royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario et Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Please provide further details/steps

Mesures correctives recommandées :

- Veiller à bien informer tous les employés assignés sur les mesures de PCI et à leur donner une formation appropriée dans le retraitement.
- Adopter un circuit de travail à sens unique pour toutes les étapes du retraitement, afin de prévenir les problèmes de contamination croisée.
- Mettre à la disposition des employés l'EPI approprié pour le retraitement du matériel dentaire.
- Nettoyer et emballer les instruments réutilisables pour les stériliser conformément aux instructions du fabricant.
- Ranger le matériel dentaire semi-critique et critique conformément aux pratiques exemplaires.
- Nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces à contact fréquent entre les clients
- Jetez les appareils dentaires à usage unique utilisés.
- Prévoir un évier pour le retraitement.
- Installer un poste de lavage des yeux à proximité de l'aire de retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

2017- 11-23

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

SPO a effectué deux visites sur place à la clinique, le 2017-11-24 et le 2017-11-27, afin d'examiner les étapes de retraitement et s'assurer que tout l'équipement médical à usage unique avait été jeté.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Dominique Bremner, Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Téléphone : 613-580-6744, poste 26325

Rapport final

Date de publication du rapport final :

Date de mise à jour du rapport final

2017-12-14

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

Brève description des mesures correctives qui ont été prises

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Une dernière visite à la Clinique dentaire Island Park a eu lieu le 6 décembre 2017. SPO a confirmé que les mesures correctives recommandées ont été adoptées et que les pratiques exemplaires de PCI pour la pratique en cabinet sont maintenant suivies.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec:

Nom :

Titre :

Courriel :

Téléphone : 613-580-6744