

## Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections

# Centre de santé mentale Royal Ottawa

### Rapport préliminaire

#### Établissement visé par l'enquête

Centre de santé mentale Royal Ottawa  
1145, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1Z 7K4

#### Type d'établissement

Hôpital

#### Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible

6 octobre 2023

#### Date de publication du rapport préliminaire

21 décembre 2023

#### Date de mise à jour du rapport préliminaire

S.O.

#### De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

Santé publique Ottawa (SPO) a inspecté l'établissement à sa demande le 6 octobre 2023. À la suite de l'enquête, un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections a été constaté.

#### Brève description du manquement

Retraitement du matériel médical réutilisable :

Nettoyage et désinfection

Stérilisation

Entreposage

Transport

Consignation

Formation du personnel

Aménagement physique de l'espace réservé au retraitement du matériel médical

## Enquête sur le manquement

### Le manquement impliquait-il un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

### Dans l'affirmative, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a été informé de l'enquête.

### Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Le 6 octobre 2023, l'établissement a reçu la directive de cesser d'utiliser l'autoclave et de cesser d'utiliser le matériel retraité à l'aide de cet autoclave.

### Veillez fournir plus de détails

L'établissement est passé à des articles à usage unique et a reporté les procédures qui ne pouvaient pas être effectuées avec ces articles.

### Date à laquelle une directive ou un ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

S.O.

## Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

### Commentaires supplémentaires

Le 7 décembre 2023, SPO a rencontré l'équipe de prévention et de contrôle des infections (PCI) de Santé publique Ontario pour examiner les détails concernant le retraitement du matériel et déterminer s'il y avait un risque d'infection transmissible par le sang. SPO a déterminé que le risque était suffisamment faible et qu'il n'était pas nécessaire d'avertir les patients.

### Si vous avez des questions, communiquez avec :

**Titre :** Michelle Wasser, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes

Santé publique Ottawa

**Adresse courriel :** [IPAC/PCI@ottawa.ca](mailto:IPAC/PCI@ottawa.ca)

**Téléphone :** 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation des manquements aux pratiques de prévention et de contrôle des infections \(PCI\)](#).