

Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections Canada Vein Clinics



Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Nom de la facilité: Canada Vein Clinics
Adresse: 595 chemin Montreal suite 205
Ottawa, ON
K1K 4K4

Type d'établissement

Clinique médicale

Date à laquelle le conseil de santé a été informé du manquement possible

2024-09-03

Date de publication du rapport préliminaire

2024-11-08

Date de mise à jour du rapport préliminaire

S.O.

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

En réponse à une plainte sur la prévention et le contrôle des infections (PCI), Santé publique Ottawa (SPO) a inspecté l'établissement et a constaté un manquement.

Brève description du manquement

- Le retraitement du matériel médical réutilisable n'est pas conforme aux pratiques exemplaires de PCI.
- L'établissement ne comprend aucune salle de retraitement désignée.
- Le personnel responsable du retraitement n'est pas suffisamment formé.
- Les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et l'hygiène des mains ne sont pas appropriés.

Enquête sur le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui.

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui, l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a été avisé de l'enquête.

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui – le 4 septembre 2024, la Clinique a reçu pour directive de cesser le retraitement de l'équipement médical sur place à l'aide de l'autoclave, et d'utiliser exclusivement du matériel à usage unique pour l'ensemble des procédures.

Veillez fournir plus de détails

L'établissement collabore avec SPO pour s'assurer que l'espace réservé au retraitement du matériel médical et les processus de retraitement sont conformes aux pratiques exemplaires ainsi qu'aux procédures de nettoyage de l'environnement de soins de santé.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

S.O.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

S.O.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Michelle Wasser, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspections et enquêtes

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Numéro de téléphone : 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation de Santé publique Ottawa](#).