

Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de contrôle des infections

Prism Surgical Eye Suites

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Prism Surgical Eye Suites
1609, rue Stittsville Main, bureau E
Ottawa (Ontario)
K2S 1A2

Type d'établissement

Clinique d'ophtalmologie

Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement

2020-09-15

Date de publication du rapport préliminaire

2020-10-30

Date de mise à jour du rapport préliminaire

S.O.

Comment a-t-on pris connaissance du manquement?

À la suite d'une plainte du public concernant les pratiques de prévention et de contrôle des infections (PCI) à cette clinique, SPO a inspecté l'établissement et conclu qu'il y avait eu manquement.

Brève description du manquement

Retraitement du matériel médical réutilisable

- Instrument semi-invasif (pachymètre) nettoyé, mais non désinfecté conformément aux pratiques exemplaires
- Cache-œil en tissu impossibles à nettoyer et à désinfecter adéquatement

Nettoyage des lieux

- Surfaces de certaines aires cliniques non nettoyées avec un désinfectant convenable

Mesures de sécurité liées aux objets pointus ou tranchants

- Aucun contenant pour objets pointus et tranchants dans la zone de retraitement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

Oui

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

Oui

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veillez fournir plus de détails

Retraitement du matériel médical réutilisable

- Retraiter l'équipement médical semi-invasif par une désinfection radicale conforme aux documents provinciaux sur les pratiques exemplaires, au minimum.
- Nettoyer et désinfecter l'équipement partagé avec un désinfectant léger approuvé pour les hôpitaux.
- Utiliser des cache-œils pouvant être nettoyés et désinfectés, ou à usage unique.

Nettoyage des lieux

- Utiliser un désinfectant pour surfaces approuvé pour les hôpitaux dans toutes les aires cliniques.

Mesures de sécurité liées aux objets pointus ou tranchants

- Installer un contenant pour objets pointus et tranchants dans la zone de retraitement.

Date à laquelle toute directive ou tout ordre a été donné au propriétaire ou à l'exploitant (le cas échéant)

Le 16 septembre 2020, le pachymètre a été mis hors service jusqu'à ce qu'il puisse être retraité adéquatement.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

La plupart des pratiques de prévention et de contrôle des infections sont respectées dans la clinique.

Tout le matériel critique est nettoyé, désinfecté et stérilisé convenablement.

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Dominique Bremner, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspection et enquête

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Téléphone : 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation de Santé publique Ottawa](#).

Rapport final

Date de publication du rapport final

Date de mise à jour du rapport final

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

Brève description des mesures correctives qui ont été prises

Retraitement du matériel médical réutilisable

- Les cache-œils en tissu réutilisables ont été remplacés par des cache-œils à usage unique ou par des cache-œil pouvant être retraités.

Nettoyage des lieux

- Un désinfectant approuvé pour les hôpitaux est utilisé sur les surfaces des aires cliniques.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Si vous avez d'autres questions, communiquez avec :

Titre : Dominique Bremner, gestionnaire de programme

Prévention et contrôle des infections – Inspection et enquête

Santé publique Ottawa

Courriel : IPAC/PCI@ottawa.ca

Téléphone : 613-580-2424, poste 26325

Pour vous tenir au courant de l'enquête, consultez régulièrement le présent rapport.

Les résultats des inspections de routine sont publiés sur le [site Web de divulgation de Santé publique Ottawa](#).